

TROLL 設置の際は、湿気や雨からコネクターを保護して下さい。

ケーブルには大気補正管が通っており、コネクターには穴が開いています。
ここから湿気が入ると、正しい値がとれなくなったり、本体まで湿気が入り、機器が故障してしまいます。

LevelTROLL

miniTROLL / MP TROLL9000

必ず！

市販の除湿剤を入れたビニールで、コネクターを保護して下さい。
気圧の変動がとれるように、ビニールには余裕をもたせて下さい。



ピンク色になると効果がありません。
中身を交換するか乾燥させて再利用して下さい。



ウェルキャップ
使用時も、除湿剤とビニールで保護して下さい。



VP50
ロックウェルキャップ